



Naručilac: Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01 - 6030
Mjesto i datum: 08. 04. 2015. godine.

Na osnovu člana 64 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG” br. 42/11) Službenik za javne nabavke, je po Zahtjevu za dostavljanje ponuda šoping metodom br. VI/15, objavljenom 31.03.2015. godine na portalu UJN, sačinila je

Izmjene i dopune I
na Zahtjev za dostavljanje ponuda šoping metodom br. VI/15 od 25.03.2015. godine

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: Klinički centar Crne Gore	Kontakt osoba/e: Nisera Mekić, dipl ecc
Adresa: Ljubljanska bb	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 02015366
Telefon: 243 279	Faks: 243 279
Elektronska pošta (e-mail): nisera.mekic@kccg.me	Internet stranica (web): www.kccg.me

- 1. U zahtjevu za dostavljanje ponuda šoping metodom br. VI/15 od 25.03.2015. godine, koji je objavljen na portalu UJN 31.03.2015. tačka „V Tehnička specifikacija (opis usluge)” se briše i nova glasi:**

„Servis aparata Dornier ESWL Compact Delta II

Ponudač je dužan da:

Na aparatu Dornier ESWL Compact Delta II uradi 2 puta redovan godišnji servis, gdje će prilikom prvog redovnog servisa zamijeniti u nastavku specificirane djelove:

- Kontaktna guma, komada 1
- Aluminijska membrana, komada 1
- Udarna glava, komada 1
- Daljinska kontrola, komada 1 (samo u slučaju potrebe – kvara na postojećoj daljinskoj kontroli)

Svaki od dva redovna godišnja servisa mora da obuhvata sledeće:


- Kompletno pražnjenje sistema vodom sa čišćenjem od nečistoća i ponovno punjenje destilovanom vodom
- Degasifikacija
- Čišćenje filtera i kontrola crijeva za vodu kao i dihtovanje svih sklopova

- Provjera uparenosti končanica rendgen cijevi i ESWL-a po x,y i z osi i obavezno podešavanje i dovođenje u što boljem poklapanju.
- Provjera funkcionalnosti ESWL-a i pacijent stola ,kao i otklanjanje eventualnih nedostataka
- Stone test finalni

Ponudač je dužan i da izvrši interventni servis po pozivu Naručioca, maksimalno 2 puta, za vrijeme trajanja ugovora.

Interventno održavanje aparata kojem se pristupa nakon nastanka kvara po učinjenoj prijavi, ima za cilj vraćanje aparata u ispravno stanje, u vremenskom intervalu koji je definisan ugovorom, sa zamjenom potrebnog rezervnog dijela, ukoliko je rezervni dio predviđen specifikacijom ili defektažom kvara sa dostavljanjem specifikacije za eventualnu nabavku, sa ugradnjom nabavljenog dijela i dovođenje aparata u ispravno stanje, što će se potvrditi sastavljenim zapisnikom servisera i korisnika.“

Službenik za javne nabavke
Nisera Mekić, dipl.ecc.





Direktor KCCG
Dr Milan Mijović

