

Naručilac: Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01-5509/2
Datum: 21.03.2018. godine
Postupak br: M172

Obrazac B

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG” br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG” br. 49/17), Klinički centar Crne Gore dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE
VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Klinički centar Crne Gore	Lice/a za davanje informacija: Nisera Mekić
Adresa: Ljubljanska bb	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02015366
Telefon: 020/243-279	Faks: 020/243-279
E-mail adresa: nisera.mekic@kecg.me nikola.miranovic@kecg.me	Internet stranica (web): www.kecg.me

II Predmet javne nabavke

Robe (pozicija br. 81 u PJN-i).

III Opis predmeta javne nabavke

Nabavka timpanometra za potrebe Klinike za ORL i MFH.

IV Procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sa uračunatim PDV-om: 5.500,00€

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Timpanometar	Tehničke karakteristike: - Ispitivanje od novorođenčadi do odraslih osoba - Tonovi sonde na 226 Hz, 678 Hz, 800 Hz	Komad	1

- Stimulusi akustičkog refleksa: 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, BB, HP, LP (ipsilateralni i kontralateralni)
- Reflex Decay test (ipsilateralni i kontralateralni)
- Ispitivanje funkcije Eustahijeve tube za netaknute i probijene bubne opne
 - Ugrađeni termički štampač
 - LED ekran dijagonale oko 10 inča
 - PC interfejs: USB
 - Dijagnostička sonda sa ugrađenim kontrolnim svjetlom i prekidačem
 - Napajanje: Strujno
- Uključeni pribor: sonda, kontralateralne slušalice, ugrađeni štampač i rolna termičkog papira, kabl za napajanje, set nastavaka za uši, set za čišćenje sonde, USB memorija, program za timpanometriju, USB kabl za povezivanje sa računarom

TIMPANOMETRIJA

Frekvencije sonde: 226 Hz \pm 1 %, 85 dB SPL \pm 1,5 dB
 678 Hz \pm 1%, 72 dB SPL \pm 1,5 dB
 800 Hz \pm 1%, 70,5 dB SPL \pm 1,5 dB
 Opseg pritiska: od - 600 do + 400 daPa
 Tačnost pritiska: \pm 5 % ili \pm 10 daPa
 Opseg zapremine: od 0,0 do 6,0 ml
 Opseg komplijanse: od 0,1 do 8,0 ml na 226 Hz
 od 0,1 do 15,0 mmho na 678, 800 i 1000 Hz
 Tačnost zapremine: \pm 5 % ili 0,1 ml

AKUSTIČKI REFLEKSI

Frekvencije ispitivanja: 0,5, 1, 2, 4 kHz \pm 1 %
 Načini ispitivanja: ipsilateralni, kontralateralni
 Nivo ipsilateralnog ispitivanja: od 70 do 105 dBHL
 Nivo kontralateralnog ispitivanja: od 70 do 120 dBHL

REFLEX DECAY

Standard: Frekvencija sonde 226 Hz
 Frekvencije ispitivanja: 0,5, 1, 2, 4 kHz \pm 1 %
 Nivo ipsilateralnog ispitivanja: od 70 do 105 dBHL

		Nivo kontralateralnog ispitivanja: od 70 do 120 dBHL	
		FUNKCIJA EUSTAHIJEVE TUBE Načini ispitivanja: Netaknuta i probijena Opseg pritiska: od - 600 do + 400 daPa	

VI Način plaćanja

Virmanski, u roku od 30 dana od uredno izvršene isporuke i dostavljene fakture.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge

U roku od 30 dana od dana potvrde narudžbe.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Najniža ponudena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 26.03.2018. godine do 12:00 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ljubljanska bb Podgorica.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ljubljanska bb Podgorica.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

5 dana.

XI Sa izabranim ponuđačem će naručilac

- sklopiti ugovor.

XII Druge informacije

Ponudač je dužan da uz ponudu dostavi:

Izjavu o garantnom roku na ponudeni aparat, koji ne može biti kraći od 12 mjeseci.

Katalog ponuđenih proizvoda u kom su jasno naznačene zahtijevane tehničke karakteristike (markirano ili na drugi način obilježeno).

Rješenje o upisu u registar prometa na veliko medicinskim sredstvima: dozvola za obavljanje djelatnosti. (Za medicinsko sredstvo određenog proizvođača može biti samo jedan nosilac upisa u registar medicinskih sredstava, a njegovu distribuciju na teritoriji Crne Gore može vršiti jedan ili više ovlašćenih distributera, odnosno veleprodaja.)

Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponudenog medicinskog sredstva izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (U skladu sa članom 37 Zakona o medicinskim sredstvima („Sl. List RCG., br.79/04, i „Sl. List CG., br 53/09) ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekla važnost), izdatu od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponudač nije nosilac upisa ponudenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponudenog medicinskog sredstva.)

- Ukoliko neki od proizvoda koji su predmet ove nabavke ne pripadaju grupi medicinskih sredstava za koja nije potreban upis kod Agencije, potrebno je da ponudač dostavi mišljenje od Agencije za lijekove i medicinska sredstva da to medicinsko sredstvo od određenog proizvođača nije medicinsko sredstvo.

- Izuzetno, ukoliko niko od ponudača, ne nudi medicinsko sredstvo za koje je izdato Rješenje o upisu u registar ponudenog medicinskog sredstva od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponudača koji nude medicinska sredstva za koja nije izdato Rješenje o upisu u registar ponudenog medicinskog sredstva, ukoliko su registrovani u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sledeću dokumentaciju (koja može biti dostavljena i na engleskom jeziku):

CE znak u zavisnosti od klase;

Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485;

Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača;

Deklaracija o konformitetu

Službenik za javne nabavke



Ovlašćeno lice naručioca
