

Naručilac: Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01-8261/1
Datum: 19.04.2018. godine
Postupak br: M255

Obrazac B

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG” br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG” br. 49/17), Klinički centar Crne Gore dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE
VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Klinički centar Crne Gore	Lice/a za davanje informacija: Nisera Mekić
Adresa: Ljubljanska bb	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02015366
Telefon: 020/243-279	Faks: 020/243-279
E-mail adresa: nisera.mekic@kccg.me nikola.miranovic@kccg.me	Internet stranica (web): www.kccg.me

II Predmet javne nabavke

Robe (pozicija br. 81 u PJN-i).

III Opis predmeta javne nabavke

Nabavka medicinske opreme – transportni inkubator, za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

IV Procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sa uračunatim PDV-om: 14.260,00€

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
------	--	--	----------------	----------

1	Transportni inkubator	<p style="text-align: center;"><u>Tehničke karakteristike:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pristup pomoću 2 otvora i 1 iris otvora, integrisana lampa za preglede • Težina maksimum do 50 kg • Snaga rada grijača data u vidu 4 LED indikatora (25-100%) • Status nivoa napunjenosti baterije dat u vidu 4 LED indikatora (25-100%) • Displej sa prikazivanjem parametara <ul style="list-style-type: none"> - On/standby - Napajanje LED indikator AC, DC, ili eksterni DC - Temperatura bebe - Temperatura vazduha - Indikacija alarma • Vazdušni filter koji uklanja >99% čestica čiji je dijametar veći od 0.5 mikrona • Opseg temperature od 22.0° C - 38° C uz maksimalno 30 min za dostizanje temperature • Temperaturna uniformnost ≤1.0° C • Nivo buke ispod 60 dBA • Kapacitet vlažnosti vazduha 50% do 70% (trajanje zadate vlažnosti minimum 10 sati) • Podešavanje opsega kiseonika 21-58% • Rezervoar vode kapaciteta 400ml • Postojanje alarma: <ul style="list-style-type: none"> - Visoke temperature vazduha - Greška sonde za mjerenje temperature vazduha - Pregrijavanje grijača - Alarm kvara napajanja - Alarm greške protoka vazduha • Baterija kapaciteta minimum 90 minuta 	Komad	1
---	-----------------------	--	-------	---

VI Način plaćanja

Virmanski, u roku od 15 dana od uredno izvršene isporuke i dostavljene fakture.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge

U roku od 30 dana od dana potvrde narudžbe.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 23.04.2018. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ljubljanska bb Podgorica.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ljubljanska bb Podgorica.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

5 dana.

XI Sa izabranim ponuđačem će naručilac

- sklopiti ugovor.

XII Druge informacije

Ponudač je dužan da uz ponudu dostavi:

Izjavu da će uz transportni inkubator isporučiti odgovarajuća kolica.

Izjavu o garantnom roku na ponudeni aparat, koji ne može biti kraći od 12 mjeseci.


Katalog ponuđenih proizvoda u kom su jasno naznačene zahtijevane tehničke karakteristike (markirano ili na drugi način obilježeno).

Rješenje o upisu u registar prometa na veliko medicinskim sredstvima: dozvola za obavljanje djelatnosti. (Za medicinsko sredstvo određenog proizvođača može biti samo jedan nosilac upisa u registar medicinskih sredstava, a njegovu distribuciju na teritoriji Crne Gore može vršiti jedan ili više ovlašćenih distributera, odnosno veleprodaja.)

Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (U skladu sa članom 37 Zakona o medicinskim sredstvima („Sl. List RCG“, br.79/04, i „Sl. List CG“, br 53/09) ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekla važnost), izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponudač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.)

- Ukoliko neki od proizvoda koji su predmet ove nabavke ne pripadaju grupi medicinskih sredstava za koja nije potreban opis kod Agencije, potrebno je da ponuđač dostavi mišljenje od Agencije za lijekove i medicinska sredstva da to medicinsko sredstvo od određenog proizvođača nije medicinsko sredstvo.

Službenik za javne nabavke



Ovlašćeno lice naručioca
