

Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01- 8991/18
Podgorica, 27-IV 2018. godine

Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po Tenderskoj dokumentaciji broj 16/18 od 16.02.2018. godine, za otvoreni postupak javne nabavke višenergetskog linearnog akceleratora i prateće opreme, na prijedlog Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, direktor Kliničkog centra Crne Gore donosi

**Odluku
o izboru najpovoljnije ponude**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 16/18 od 16.02.2018. godine, za otvoreni postupak javne nabavke višenergetskog linearnog akceleratora i prateće opreme:

- 1) Ponuda ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica je ispravna i najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica je ispravna i vrednovana kao prvorangirana;
- 3) Ponuda ponuđača Urion d.o.o. Podgorica se odbija kao neispravna.

O b r a z l o ž e n j e

Klinički centar Crne Gore sa sjedištem u Podgorici, ulica Ljubljanska bb, je na osnovu Plana javnih nabavki za 2018. godinu i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 03/01-3165 od 15.02.2018. godine, objavio Tendersku dokumentaciju broj 16/18 za otvoreni postupak javne nabavke višenergetskog linearnog akceleratora i prateće opreme na Portalu javnih nabavki dana 16.02.2018. godine.

Tenderskom dokumentacijom broj 16/18 od 16.02.2018. godine (u daljem tekstu: Tenderska dokumentacija) je propisano da:

- su predmet javne nabavke višenergetski linearni akcelerator i prateća oprema- nabavka i instaliranje u odgovarajućem bunkeru,
- je CPV 33100000-1- Medicinska oprema; 31643100-6- Linearni akcelerator,
- se predmet javne nabavke nabavlja kao cjelina, ukupne procijenjene vrijednosti 2.675.500,00€ sa PDV-om;
- nije predviđana mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda;
- je period važenja ponude 160 dana od dana javnog otvaranja ponuda,
- je rok izvršenja ugovora 240 dana (osam mjeseci) od dana zaključivanja ugovora, a rok važenja ugovora je 5 godina od zaključivanja ugovora;
- je mjesto izvršenja ugovora u sjedištu naručioca u ulici Ljubljanskoj bb, Podgorica;
- je jezik ponude crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom. U skladu sa članom 12 Zakona o javnim nabavkama Naručilac daje pravo ponuđačima da dio ponude koji se odnosi na katalog i ovlaštenje bude na engleskom jeziku. Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku, ukoliko bude potrebno;
- je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude ekonomski najpovoljnija ponuda sa

potkriterijumima: najniža ponudena cijena koji nosi 75 bodova i vrednovaće se na sljedeći način: kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponudene cijene ispravnih ponuda. Kriterijum najniža ponudena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponudena cijena sa uračunatim PDV-om podijeli sa ponudenom cijenom sa uračunatim PDV-om i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj kriterijum od maksimalnih 75 bodova, po formuli: $Broj\ bodova = C (Najniža\ ponudena\ cijena) / C (ponudena\ cijena) * 75$. Ako je ponudena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponudena cijena uzima se da je ponudena cijena 0,01 EUR; i tehničke i tehnološke prednosti- koji nosi 25 bodova, a ponude će se vrednovati na sljedeći način: Izvlačenje i parkiranje kV generatora iz komandne sobe- 1,5 bodova; b) Funkcionalan pre-tretmanska dozimetrijska plana zračenja i QA LA pomoću MV portala- 1,5 bodova c) Funkcionalna MV portalna dozimetrija u toku tretmana pacijenta- 2 boda; Potkriterijumi tehničke i tehnološke prednosti će se proporcionalno bodovati na sledeći način:

a. Aktivna veličina MV detektora- 5 bodova

Broj bodova = $5 * C (ponudena\ vrijednost\ podkriterijuma) / C (najveća\ ponudena\ vrijednost\ podkriterijuma)$;

b. Manja energija MV snopa za 2D portalnu vizualizaciju- 5 bodova

Broj bodova = $5 * C (najmanja\ ponudena\ vrijednost\ podkriterijuma) / C (ponudena\ vrijednost\ podkriterijuma)$;

c. Aktivna veličina kV detektora - 5 bodova

Broj bodova = $5 * C (ponudena\ vrijednost\ podkriterijuma) / C (najveća\ ponudena\ vrijednost\ podkriterijuma)$;

d. Broj MLC- 5 bodova

Broj bodova = $5 * C (ponudena\ vrijednost\ podkriterijuma) / C (najveća\ ponudena\ vrijednost\ podkriterijuma)$

- je rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda,
- je rok otplate: odloženo plaćanje na minimalno 60 (šezdeset) mjeseci, u jednakim kvartalnim iznosima dana 25.01, 25.04, 25.07. i 25.10. u svakoj godini odloženog plaćanja. Prva rata će biti plaćena u prvom narednom roku dospelja po isporuci robe i dostavljanju računa;
- je način plaćanja virmanski (avansno plaćanje nije dozvoljeno);
- je ponudač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude;
- je ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavi dužan da naručiocu dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, koja važi 243 dana od dana zaključivanja ugovora, a da u trenutku primopredaje Naručiocu dostavi garanciju za dobro izvršenje posla u vrijednosti od 1,25% nabavke sa rokom važenja 3 dana dužim od dana isteka garantnog roka.

Naručilac je, na ime obaveznih uslova, Tenderskom dokumentacijom propisao da u postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponudač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Tenderskom dokumentacijom je propisano da se ispunjenost obaveznih uslova dokazuje dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dozvole, licence, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom i to: Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore; 2. Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponudnog medicinskog sredstva izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponudnog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlaštenje od lica koje je izvršilo upis ponudnog medicinskog sredstva.) 3. Ukoliko neki od ponuđenih proizvoda ne pripadaju grupi medicinskih sredstava ponuđač je dužan da dostavi rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore da se ponudeni proizvod ne smatra medicinskim sredstvom. Napomena: dokaz iz alineje 2 i 3 ove tačke ponuđač nije dužan da dostavi za proizvode iz pozicije 5- dodatna/prateća oprema;

Naručilac je propisao *fakultativni uslov* za učešće u postupku javne nabavke: stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost, koji se dokazuje dostavljanjem izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spisikom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

Tenderskom dokumentacijom su propisani drugi posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta javne nabavke, u skladu sa članom 41 i 49 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17): 1. Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude u opisu predmeta nabavke unese zaštićeni naziv ponudnog proizvoda, kataloški broj i naziv proizvođača. 2. Ponuđač je dužan da za svaki softver koji nudi u okviru bitnih karakteristika linearnog akceleratora, onkološkog informacionog sistema, sistema za planiranje zračenja i dozimetrijske opreme navede zaštićeni naziv. 3. Ponuđač je dužan da dostavi originalno ovlaštenje proizvođača linearnog akceleratora, onkološkog informacionog sistema, sistema za planiranje zračenja, dozimetrijske opreme i opreme za imobilizaciju za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, sa pozivom na broj i datum predmetne tenderske dokumentacije. 4. Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava ponuđenih proizvoda, odnosno rješenjima da se ponudeni proizvodi ne smatraju medicinskim

sredstvima, izdatim od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, navede broj pozicije na koju se rješenje odnosi. 5. Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog za linearni akcelerator, onkološki informacijski sistem, sistem za planiranje zračenja, dozimetrijsku opremu i opremu za imobilizaciju, u kojem će biti navedeni zaštićeni nazivi i kataloški brojevi ponuđenih proizvoda. Izuzetno, ukoliko kataloški brojevi nisu navedeni u originalnom katalogu, ponuđač je dužan da dostavi originalnu izjavu proizvođača, datu za potrebe učešća ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke, u kojoj su navedeni zaštićeni nazivi i kataloški brojevi ponuđenih proizvoda. Ponuđač je dužan da u dostavljenom katalogu navođenjem broja pozicije i broja konkretne tehničke karakteristike (kako su numerisane u Tehničkim karakteristikama ili specifikacijama predmeta javne nabavke odnosno predmjer radova u Tenderskoj dokumentaciji) označi tehničke karakteristike svih ponuđenih proizvoda. 6. Ponuđač je dužan da u dostavljenom katalogu, iz tačke 5 ovih uslova, jasno označi tehničke karakteristike koje se vrednuju po potkriterijumu tehničke i tehnološke prednosti, navođenjem riječi „parametar za bodovanje” (umjesto tačaka navesti a, b, c, d, e, f, g). 7. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu kojom se obavezuje da će u roku od 240 dana (8 mjeseci) od dana potpisivanja ugovora isporučiti i pustiti u rad predmetne aparate. 8. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će sva isporučena oprema biti nova, neupotrebljavana. 9. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će kompletna oprema biti osigurana od oštećenja ili gubitka u periodu isporuke do primopredaje, odnosno potpisivanja zapisnika o primopredaji. 10. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će pomoći Naručiocu prilikom dobijanja upotrebne dozvole za redovnu kliničku upotrebu opreme. 11. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će obezbijediti konačno temeljno čišćenje i odvoženje otpadnog materijala nakon instalacije i ugradnje sve opreme. 12. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će nadoknaditi sve troškove za otklanjanje svih kvarova ili oštećenja na prostorijama, koji su nastali u periodu unošenja i instalacije opreme. 13. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će za svu opremu obezbijediti dostupnost rezervnih dijelova i tehničkog potrošnog materijala u periodu od najmanje 10 godina od momenta primopredaje i da za iste daje prenosivu garanciju proizvođača. 14. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će obezbijediti podršku putem telefona i elektronske pošte. 15. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će jonizacione komore u trenutku isporuke biti kalibrisane u snopu Co-60 sa kalibracionim koeficijentom $N_{D,w,Q_{50}}$ u akreditovanoj SSDL koja slijedi PSDL. 16. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da su tehničke karakteristike, performanse i bezbjednosni parametri linearnog akceleratora odobreni od strane FDA i CE. 17. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da su tehničke performanse svih snopova zračenja linearnog akceleratora u saglasnosti sa standardima međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) za linearne akceleratora: IEC 60976 Medical electrical equipment - Medical electron accelerators - Functional performance characteristics, IEC 60977 Medical electrical equipment - Medical electron accelerators - Guidelines for functional performance characteristics. 18. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da su bezbjednosni parametri linearnog akceleratora u saglasnosti sa standardima međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) za linearne akceleratora: IEC 60601-2-1 Medical electrical equipment - Part 2-1: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electron accelerators in the range 1 MeV to 50 MeV. 19. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da su tehničke performanse LA za koordinate, pokrete i skale u saglasnosti sa standardima međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) i za linearne akceleratora: IEC 61217 Radiotherapy equipment - Coordinates, movements and scales. 20. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će pored opreme navedene u Tehničkim karakteristikama ili specifikacijama predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova, isporučiti vodeno kupatilo minimalnih unutrašnjih dimenzija: 66x54x12 cm – 1 komad, čija je

vrijednost uračunata u ponudenu cijenu. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će o svom trošku:

- Instalirati svu opremu i obezbijediti trajne licence i to:
 - a. Za OIS – istovremeni rad 4 ljekara, 2 fizičara, 3 RTT i 1 administratora i sve navedene opreme i sistema (2.1),
 - b. 3 za 3D CRT,
 - c. 2 za IMRT,
 - d. 2 za VMAT,
 - e. 1 za RGRT,
 - f. 1 za modeliranje svih snopova zračenja u sistemu za planiranje,
 - g. Po 1 za sve dozimetrijske softvere i sisteme.
- Uraditi sva dozimetrijska mjerenja i modeliranje snopova zračenja u sistemu za planiranje, za sve navedene tehnike zračenja u skladu sa najnovijim međunarodnim protokolima ICRU 91 i TRS 398.
- Obezbijediti uputstva, licencu i obuku za modeliranje snopova zračenja za predmetnisistem za planiranje zračenja.
- Za LA obezbijediti garanciju i servis od najmanje tri godine, koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 h od prijave kvara, i otklanjane kvara u roku od 7 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu djelova (uključujući i staklene, kao i detektore) za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. U toku garantnog perioda, LA treba da bude ispravan sa svim modalitetima rada tokom 95% vremena, odnosno 347 dana godišnje.
- Za OIS i sistem za planiranje zračenja, sa pripadajućom IT opremom, obezbijediti garanciju i servis od najmanje tri godine, koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 h od prijave kvara, i otklanjane kvara u roku od 7 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu djelova za koje se ustanovi da su neispravni, kao i podršku za rezervne djelove u narednih 10 godina. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. U toku garantnog perioda, OIS i sistem za planiranje treba da budu ispravani tokom 97% vremena, odnosno 354 dana godišnje.
- Za svu dozimetrijsku opremu obezbijediti garanciju i servis od najmanje tri godine, koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 h od prijave kvara, i otklanjane kvara u roku od 7 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu djelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. U toku garantnog perioda, dozimetrijsa oprema treba da bude ispravan sa svim modalitetima rada tokom 95% vremena, odnosno 347 dana godišnje.
- Za opremu za imobilizaciju obezbijediti garanciju u trajanju od najmanje jedne godine;
- Obezbijediti sve softversko – hardverske nadogradnje koje budu dostupne u grantnom roku bez dodatnog plaćanja.
- Dostaviti korisnička uputstva (User manual) za rad, za svu opremu: po jedan primjerak na engleskom i crnogorskom i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom jeziku, u papirnom i u elektronskom obliku.
- Dostaviti servisna uputstva (Service manual) za svu opremu, jedan primjerak na engleskom jeziku, u papirnom i u elektronskom obliku.
- Dostaviti sve instalacione programe na odgovarajućim IT data medijumima (CD, DVD, Data Backup trake), koji omogućavaju reinstalaciju isporučenih programa u slučaju kvara.
- Nakon instalacije uraditi BECKUP programa i da medijume sa BECKUP-om preda krajnjem korisniku.

- Organizovati i izvršiti, u roku od 8 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, obuku kod krajnjeg korisnika (on-site), i to:
 - a. Fizičare i radioterapijske tehničare za korišćenje LA, za 3D CRT, u trajanju od 5 radnih dana;
 - b. Doktore, fizičare i radioterapijske tehničare za korišćenje OIS-a, u trajanju od 5 radnih dana;
 - c. Doktore i fizičare za korišćenje sistem za planiranje i konturisanje u 3D CRT, u trajanju od 5 radna dana;
 - d. Ljekare, fizičare i radioterapijske tehničare za korišćenje IGRT, u trajanju od 5 radnih dana;
 - e. Fizičare za portal dozimetriju u trajanju od 5 radnih dana.
 - f. Fizičara za korišćenje dozimetrijske opreme u trajanju od 5 radnih dana;
 - g. Dva fizičara, za modeliranje snopova zračenja u sistemu za planiranje u trajanju od 5 radnih dana;
 - h. Fizičare i radioterapijske tehničare za korišćenje IMRT i VMAT/RapidArc, u trajanju od 5 radnih dana;

Kurs mora da vodi aplikacioni specijalista ponuđača, odnosno proizvođača opreme sertifikovan od strane proizvođača. Ponuđač snosi sve troškove organizacije i realizacije obuka.

- Organizovati i izvršiti, u roku od 8 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, dodatne kurseve za korisnike (off-site) u internacionalnom centru proizvođača, i to:
 - a. Minimum 80 radnih dana za LA, OIS i sistem za planiranje, po preporuci proizvođača,
 - b. Minimum 10 radnih dana za dozimetrijsku opremu i QA plana naprednih tehnika zračenja po preporuci proizvođača;
 - c. Off-site obuke treba da se izvrše prije početka odgovarajućih on-site kurseva, u dogovoru sa krajnjim korisnikom. Ponuđač snosi sve troškove organizacije i realizacije kursa (prevoz, smještaj, ishrana, dnevnice, izdavanje viza i, ako je potrebno, zdravstveno osiguranje) u skladu sa Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru (Službeni list Crne Gore broj 40/16).
- Organizovati i izvršiti, u roku od 18 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, za servisnog inženjera korisnika, osnovni i napredni kurs za popravku i održavanje terapijske mašine, u trajanju od minimalno šest sedmica u centru proizvođača. Ponuđač snosi sve troškove organizacije i realizacije kursa (prevoz, smještaj, ishrana, dnevnice, izdavanje viza (ako je potrebno, zdravstveno osiguranje) u skladu sa Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru (Službeni list Crne Gore broj 40/16).

Za svu opremu garancija počinje nakon izvršene primopredaje LA, Sistema za planiranje (commissioning-a TPS-a), dozimetrijske opreme, instalacije onkološkog informacionog sistema i uradenog „end to end test“ na fantomu.

Primopredaja opreme podrazumijeva:

- a. Instalaciju LA i uraden acceptance test prema - Task Group 142 report: Quality assurance of medical accelerators;
- b. Uradena mjerenja svih parametara snopova zračenja po specifikaciji sistema za planiranje koji predmet ove nabavke;
- c. Instalaciju, unošenje rezultata mjerenja, modeliranja svih snopova zračenja i uradenog commissininga i testiranja sistema za planiranje;
- d. Instalaciju i testiranje OIS;

- e. Instalaciju i testiranje dozimetrijske opreme;
- f. Isporuku opreme za imobilizaciju;
- g. izvršenih off-site i on-site obuka za rukovanje i korištenje sve zahtijevane opreme, izuzev obuke servisnog inženjera korisnika.
- h. urađenog „end to end“ testa na fantomu, koji treba da pokaže potpunu funkcionalnost ponudene nove opreme i integrisanosti postojeće opreme u sistem. Fantom treba da obezbijedi ponudač.

Tenderska dokumentacija, pored navedenog, sadrži: izjave naručioca o nepostojanju sukoba interesa, obrasce ponude koje priprema ponudač (naslovna strana ponude, sadržaj, podaci o ponudi i ponudaču, podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude, podaci o podnosiocu zajedničke ponude, podaci o nosiocu zajedničke ponude, podaci o članu zajedničke ponude podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude, izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani ponudača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača /podugovarača, finansijski dio ponude, izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani ponudača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača, popis dokaza koje treba dostaviti, obrazac Izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, Naert ugovora o javnoj nabavci).

Takođe, naručilac je u Tenderskoj dokumentaciji dao Uputstvo ponudačima za sačinjavanje i podnošenje ponuda kojim je predviđeno: „Ponudač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom. Ponudač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude. Ponudač je dužan da u ukupan broj listova ponude uračuna i garanciju ponude koja nije numerisana. Dokumenta koja sačinjava ponudač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponudača ili lica koje on ovlasti. Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude. Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponudača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda". U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponudača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena. Ponudač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma. Ponudu može da podnese grupa ponudača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci. Ponudač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponudača. U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponudač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, naert ugovora o javnoj nabavci i naert okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjedenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi

naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača. U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavi povjeri podugovaraču ili podizvođaču. Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude. Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogućiti uvid u dokumentaciju podugovorača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke. Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovorača ili podizvođača. U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda. Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi. U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavi dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke. Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom. U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom. Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza. Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude. Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare. Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta. Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude. Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne

nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača. Ponudač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom. Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Ukoliko garancija ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, uz garanciju se dostavlja posebni dokument koji sadrži navedenu klauzulu. Garancija koja ne sadrži navedenu klauzulu i posebni dokument sa klauzulom se dostavljaju i povezuju u ponudi jedinstvenim jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način. Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavi mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija. U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavi mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi. Ponudač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije. U ponudenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponudenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom. Ponudena cijena/e piše se brojkama. Ponudena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke. Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponudenu cijenu svih ispravnih ponuda ponudač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17). Ponudač je dužan da u ponudi dostavi Načrt ugovora o javnoj nabavi potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti. Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom. Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu. Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponudača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponudač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponudač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu. Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije. Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca. Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije. Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva. Ponudač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od

ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.”

Po Tenderskoj dokumentaciji, ponude su neposredno na arhivi naručioca dostavili ponuđači: PDG Professional Development Group d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Kraljevačka broj 8, zavedena kod naručioca pod brojem 03/01-7962 od 17.04.2018. godine u 08:11h, i Urion d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Pera Šoća broj 6, zavedena kod naručioca pod brojem 03/01-8018 od 17.04.2018. godine u 10:49h. S obzirom na to da je tačkom XIII Poziva naručilac predvidio da se ponude predaju radnim danima od 07h do 15h zaključno sa danom 17.04.2018. godine do 11h, neposrednom predajom na arhivi naručioca ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu naručioca, ponuđači su ponude dostavili prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda, pa su obje blagovremene. Navedeno je konstatovano Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda broj 03/01-8026 od 17.04.2018. godine.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda (u daljem tekstu: Komisija), obrazovana Rješenjem broj 03/01-3165/1 od 15.02.2018. godine, pristupila je pregledu i ocjeni ponuda dana 17.04.2018. godine u 14h. Komisija je izvršila ocjenu ispravnosti podnešenih ponuda u smislu ocjene svih činjenica i dostavljenih dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u ovom postupku javne nabavke u odnosu na Zakon o javnim nabavkama i Tendersku dokumentaciju i utvrdila sljedeće:

Ponuđač PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica je dostavio ponudu u zatvorenoj kovrti na kojoj je na jednom dijelu ispisano: „Ponuda, Klinički centar Crne Gore, Ljubljanska bb, Podgorica; Poziv broj 16/18; Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda” a na dugom naziv ponuđača, adresa, sjedište ponuđača. Ponuda je pripremljena kao jedinstvena cjelina i svaka prva stranica svakog lista i ukupan broj listova ponude označen je rednim brojem, osim garancije ponude. Ukupan broj listova ponude je 736, numerisanih je 735, a jedan je nenumerisani list koji se odnosi na garanciju ponude. Garancija ponude je uračunata u ukupni broj listova ponude, u skladu sa Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponuda. Svi dokumenti, podnijeti uz ponudu su povezani jedinstvenim jemstvenikom i zapečaćeni čvrstim pečatnim voskom, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak, u skladu sa Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ponuda je sačinjena na jeziku ponude koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom. Za pripremanje ove ponude, ponuđač je, u skladu sa Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, koristio obrasce iz tenderske dokumentacije.

Ponuda sadrži: Naslovnu stranu ponude sa navedenim nazivom ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica i naznakom da se odnosi na predmet u cjelosti; Podatke o ponudi i ponuđaču u kojima je naznačeno da se ponuda podnosi kao samostalna ponuda; Na mjestu predviđenom za potpis, dokument je potpisan od strane ovlaštenog lica Sladane Petrović i ovjeren pečatom ponuđača; Izjavu o nepostojanju sukoba interesa na strani ponuđača broj: 54 od 16.04.2018. godine, dostavljenu u originalu, na mjestu predviđenom za svojeručni potpis potpisanu od strane izvršnog direktora Sladane Petrović i ovjerenu pečatom ponuđača.

Za dokazivanje ispunjavanja obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja, predviđenih predmetnom tenderskom dokumentacijom ponuđač je u ponudi dostavio dokaz: 1. da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave registarski broj 5-0530604/006 od

10.04.2018. godine (neovjerena kopija). Na snovu uvida u dostavljeni izvod, Komisija je utvrdila da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti nespecijalizovana trgovine na veliko, šifra 4690, čime je dokazano da je ponuđač upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata. 2. da je izvršio obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; Uvjerjenje Poreske uprave Crne Gore broj 03/8-2-5530/1-2 od 13.04.2018. godine – dostavljeno u obliku neovjerene kopije. Na osnovu uvida u dostavljeno uvjerenje, Komisija je utvrdila da je ponuđač zaključno sa 13.04.2018. godine podnio poreske prijave i prema istim obračunao poreze po osnovu: - poreza i doprinosa zaključno sa martom 2018. godine, poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2017. godinom, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa februarom 2018. godine. Uvjerjenje Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice br. 15-U5-427/18-634/1 od 10.04.2018. godine, dostavljeno u obliku neovjerene kopije. Na osnovu uvida u dostavljeno uvjerenje, Komisija je utvrdila da na dan 10.04.2018. godine, ponuđač uredno prijavio, obračunao i izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa: porez na nepokretnost, prerez porezu na dohodak fizičkih lica, lokalne komunalne takse i naknadu za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada Podgorica. 3. da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare; Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore broj 05/2-72-4272/18 od 12.04.2018. godine – dostavljeno u obliku neovjerene kopije. Na osnovu uvida u dostavljeno uvjerenje, Komisija je utvrdila da se ponuđač PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica čije je odgovorno lice Sladana Petrović, ne nalazi u kaznenoj evidenciji ovog organa. Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore broj 05/2-72-4273/18 od 12.04.2018. godine – dostavljeno u obliku neovjerene kopije. Na osnovu uvida u dostavljeno uvjerenje, Komisija je utvrdila da se odgovorno lice ponuđača Sladana Petrović, izvršni direktor, ne nalazi u kaznenoj evidenciji ovog organa. Na osnovu uvida u dostavljene dokaze, Komisija je utvrdila da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nijesu osuđivani za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare. Na osnovu uvida u dostavljene dokaze, Komisija je utvrdila da dokazi nijesu stariji od 6 mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda. 4. dozvole, licence, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom; Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore broj 3020/1502/1 od 15.04.2010. godine, (neovjerena kopija) da ponuđač ispunjava uslove u pogledu prostora, kadra i opreme za obavljanje prometa na veliko medicinskim sredstvima. Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore broj 3020/16/200/5-4934 od 16.06.2017. godine o izmjeni Rješenja broj 3020/16/200/5-4934 od 16.06.2017. godine u dijelu koji se odnosi na lice odgovorno za promet i vigilancu medicinskih sredstava. Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore broj 2070/17/54-980 od 02.02.2017. godine o upisu u registar medicinskih sredstava proizvoda generičkog naziva akecelerator, linearni, digitalni, višenergetski- TrueBeam, na kojem je od strane ponuđača naznačeno da se odnosi na poziciju 1 (neovjerena kopija); Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore broj 2070/17/43-2686 od 27.01.2017. godine o upisu u registar medicinskih sredstava proizvoda generičkog naziva ARIA onkološki informacijski sistem- ARIA Radiation Therapy management na kojem je od strane ponuđača naznačeno da se odnosi na poziciju 2 (neovjerena kopija); Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore broj 2070/17/42-2684 od 27.01.2017. godine o upisu u registar medicinskih sredstava proizvoda generičkog naziva sistem za planiranje spoljašnje radioterapije- ECLIPSE Treatment Planning system, na kojem je od strane ponuđača naznačeno da se odnosi na poziciju 3 (neovjerena kopija); Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore broj 2070/17/417-401 od 18.09.2017. godine o upisu u registar medicinskih

sredstava proizvoda generičkog naziva elektrometar za radioterapiju- PC Electrometer i sistem za dozimetriju i kontrolu aparata za radioterapiju (3D Scanner) na kojem je od strane ponuđača naznačeno da se odnosi na pozicije 4.4 i 4.1 (neovjerena kopija); Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore broj 2070/18/437/2-1677 od 30.03.2018. godine u kojem je navedeno da se proizvodi proizvođača Sun Nuclear paralelna komora po Rosu (vodootporna SNC350p (od strane ponuđača označeno da se odnosi na poziciju 4.2) i vodootporna komora po Farmeru SNC600e (od strane ponuđača označeno da se odnosi na poziciju 4.3). Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore broj 2070/17/416-400 od 18.09.2017. godine o upisu u registar medicinskih sredstava proizvoda generičkog naziva sistem za kontrolu planirane radioterapije (ArcCHECK)- od strane ponuđača naznačeno da se odnosi na poziciju 4.6, sistem za kontrolu aparata za radioterapiju (IC Profiler)- od strane ponuđača označeno da se odnosi na poziciju 4.5 (neovjerena kopija); Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore broj 2070/18/382-5443 od 03.04.2018. godine o upisu u registar medicinskih sredstava proizvoda generičkog naziva sistem za precizno pozicioniranje, radioterapija, na kojem je od strane ponuđača naznačeno da se odnosi na poziciju 6 (neovjerena kopija);

Za dokazivanje ispunjenosti *fakultativnog uslova* za učešće u postupku javne nabavke ponuđač je, u skladu sa uslovom iz Tenderske dokumentacije, dostavio Izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja broj 67 od 16.04.2018. godine u kojoj je navedeno da ponuđač ne namjerava da u predmetnom postupku javne nabavke angažuje podugovarača/ podizvođača. Izjava je svojeručno potpisana od strane izvršnog direktora Sladane Petrović i ovjerena pečatom ponuđača.

Pored navedenog, sastavni dio ponude je i *Nacrt ugovora o javnoj nabavci* dat u originalu, svojeručno potpisan od strane Sladane Petrović, izvršnog direktora ponuđača na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, čime je od strane ovog ponuđača ispunjena obaveza po osnovu zahtjeva iz tenderske dokumentacije, koji se odnosi na davanje saglasnosti na nacrt ugovora.

Ponuda ponuđača sadrži i Garanciju ponude broj MD1807100001 od 16.04.2018. godine izdatu od Addiko banke a.d. Podgorica, dostavljenu u originalu, na iznos od 53.510,00€, odnosno 2% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, sa pozivom na broj i datum predmetne tenderske dokumentacije, koja glasi na ime ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica, sa rokom važenja do 27.09.2018. godine, što je u skladu sa predmetnom tenderskom dokumentacijom, tačka IX Garancija ponude, i ista sadrži klauzulu da je безусловna i plativa na prvi poziv, kao i da je validna ukoliko je perforirana, što je u skladu sa Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude iz Tenderske dokumentacije- način dostavljanja garancije ponude.

Ponuda sadrži finansijski dio ponude koji je dostavljen u originalu i svojeručno je potpisan od strane izvršnog direktora Sladane Petrović i ovjeren pečatom ponuđača. Ponudena cijena je izražena eurima sa posebno iskazanim PDV-om. Cijena je, u skladu sa Zakonom, iskazana brojkama. U pogledu iskazane cijene ponuđenih proizvoda, ponuđač je postupio u skladu sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano: „Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om. U ponudenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponudenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom. Ponudena cijena piše se brojkama. Ponudena cijena izražava se za

cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama i posebno za svaku partiju javne nabavke." Ukupna vrijednost ponude bez PDV-a iznosi 2.157.700,00€, PDV iznosi 453.117,00€. Ukupan iznos ponude sa PDV-om iznosi 2.610.817,00€.

Ponudač je u finansijskom dijelu ponude na poziciji 1 ponudio: višeenergetski linearni akcelerator True Beam kataloškog broja VTS001001020, proizvođača Varian Medical Systems; Na poziciji 2 je ponuđen Onkološki informacijski sistem OIS sa kompletnom mrežom Aria radiation therapy management, kataloškog broja ISD 001003007 proizvođača Varian Medical Systems; na poziciji 3 je ponuđen Sistem za planiranje zračenja TPS- Eclipse Treatment planning system kataloškog broja TPC 001002002 proizvođača Varian Medical Systems; na poziciji 4 je ponuđena dozimetrijska oprema: 4.1. dozimetrijski sistem za skeniranje i QA snopa zračenja 3D scanner kataloškog broja 12300000Z- proizvođača Sun Nuclear Corporation; 4.2. planiparalelna jonizaciona komora, aktivne zapremine 0,388cm³ zaštićeni naziv SNC350p, kataloškog broja 711001, proizvođača Sun Nuclear Corporation; 4.3 cilindrična jonizaciona komora aktivne zapremine 0,6cm³, zaštićenog naziva SNC600c, kataloškog broja 711000 proizvođača Sun Nuclear Corporation; 4.4. elektrometar zaštićenog naziva PC elektrometer kataloškog broja 1014000 proizvođača Sun Nuclear Corporation; 4.5. dozimetrijski sistem za kontrolu kvaliteta rada LA zaštićenog naziva IC profiler, kataloškog broja 1220000Z proizvođača Sun Nuclear Corporation; 4.6. dozimetrijski sistem za verifikaciju plana zračenja zaštićenog naziva Arc Check kataloškog broja 1220000-PIMZ proizvođača Sun Nuclear Corporation; na poziciji 5 je ponuđena dodatna/prateća oprema; na poziciji 6 je ponuđena oprema za imobilizaciju; Navođenjem zaštićenog naziva, kataloškog broja ponuđenih proizvoda i naziva proizvođača ponudač je postupio u skladu sa uslovom iz Tenderske dokumentacije, koji glasi: „Prilikom pripremanja finansijskog dijela ponude za svaki proizvod koji se nudi u koloni „opis predmeta“ nakon opisa unese zaštićeni naziv proizvoda, naziv proizvođača i kataloški broj proizvoda;" Komisija je utvrdila da ponuđeni linearni akcelerator i prateća oprema imaju tehničke karakteristike zahtijevane Tenderskom dokumentacijom u okviru Tehničkih karakteristika ili specifikacija predmeta javne nabavke.

Kao uslove ponude ponudač je naveo da je rok izvršenja ugovora 240 dana (8 mjeseci) od dana zaključivanja ugovora, a rok važenja ugovora 5 godina od dana zaključivanja, da je mjesto izvršenja ugovora Klinički centar Crne Gore, da su način i dinamika isporuke: 240 dana (8 mjeseci) od dana zaključivanja ugovora će isporučiti i pustiti u rad predmetne aparate; Garantni rok: 3 godine za svu opremu, osim za opremu za imobilizaciju za koju je garantni rok 1 (jedna) godina, za radove na adaptaciji bunkera garancija je 5 godina; kao garancije kvaliteta navedeni su katalozi i rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava izdata od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore; Ponudač je naveo da kontrolu kvaliteta vrši ovlašćeno lice Naručioca koje u mjestu isporuke izvršava kvalitativan količinski prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača; Ponudač je naveo da će se plaćanje vršiti odloženo na minimalno 60 (šezdeset) mjeseci, u jednakim kvartalnim iznosima dana 25.01, 25.04, 25.07. i 25.10. u svakoj godini odloženog plaćanja. Prva rata će biti plaćena u prvom narednom roku dospelja po isporuci robe i dostavljanju računa Kao način plaćanja ponudač je naveo da će se plaćanje vršiti virnanski, a da je period važenja ponude 160 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ponudač je u ponudi dostavio: Potvrdu Kliničkog centra Crne Gore broj 03/01-3635 od 21.02.2018. godine da je ponudač izvršio obilazak prostora predviđenog za montažu linearnog

akceleratora: Potvrdu Kliničkog centra Crne Gore broj 3635/1 od 16.03.2018. godine da je ponuđač izvršio uvid u tehničku dokumentaciju koja se odnosi na postojeći bunker. Ovlašćenje proizvođača Varian Medical Systems od 11.04.2018. godine dato ponuđaču za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, dostavljeno u originalu na engleskom jeziku; Ovlašćenje proizvođača Sun Nuclear Corporation od 15.03.2018. godine dato ponuđaču za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, dostavljeno u originalu na engleskom jeziku; Ovlašćenje proizvođača Macromedics od 15.04.2018. godine dato ponuđaču za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, dostavljeno u originalu na engleskom jeziku; Izjava ponuđača broj 55 od 16.04.2018. godine da će da će u roku od 240 dana (8 mjeseci) od dana potpisivanja ugovora isporučiti i pustiti u rad predmetne aparate; Izjava ponuđača broj 56 od 16.04.2018. godine da će da će sva isporučena oprema biti nova, neupotrebljavana; Izjava ponuđača broj 57 od 16.04.2018. godine da će kompletna oprema biti osigurana od oštećenja ili gubitka u periodu isporuke do primopredaje, odnosno potpisivanja zapisnika o primopredaji; Izjava ponuđača broj 58 od 16.04.2018. godine da će pomoći Naručiocu prilikom dobijanja upotrebne dozvole za redovnu kliničku upotrebu opreme; Izjava ponuđača broj 59 od 16.04.2018. godine da će obezbijediti konačno temeljno čišćenje i odvoženje otpadnog materijala nakon instalacije i ugradnje sve opreme; Izjava ponuđača broj 60 od 16.04.2018. godine da će nadoknaditi sve troškove za otklanjanje svih kvarova ili oštećenja na prostorijama, koji su nastali u periodu unošenja i instalacije opreme; Izjava ponuđača broj 61 od 16.04.2018. godine da će za svu opremu obezbijediti dostupnost rezervnih djelova i tehničkog potrošnog materijala u periodu od najmanje 10 godina od momenta primopredaje i da za iste daje prenosivu garanciju proizvođača; Izjava ponuđača broj 62 od 16.04.2018. godine da će obezbijediti podršku putem telefona i elektronske pošte; Izjava ponuđača broj 63 od 16.04.2018. godine da će jonizacione komore u trenutku isporuke biti kalibrisane u snopu Co-60 sa kalibracionim koeficijentom $N_{D,w,Q_{50}}$ u akreditovanoj SSDL koja slijedi PSDL EC Sertifikat 01414 za linearne akceleratora za radioterapiju proizvođača Varian Medical systems, koji važi do 06.08.2021. godine; Sertifikat broj 2550-11-2017 FDA za TrueBeam proizvođača Varian Medical systems koji važi do 20.11.2019. godine; True Beam IEC Accompanying documents IEC 60976 Ed.2 medical electron accelerators TrueBeam IEC EN 60601-2-1:2009/a1 i IEC EN 61217:2011; Izjava ponuđača broj 64 od 16.04.2018. godine da će pored opreme navedene u Tehničkim karakteristikama ili specifikacijama predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova, isporučiti vođeno kupatilo minimalnih unutrašnjih dimenzija: 66x54x12 cm – 1 komad, čija je vrijednost uračunata u ponudenu cijenu. Izjava ponuđača broj 65 od 16.04.2018. godine u kojoj je navedeno da će o svom trošku: Instalirati svu opremu i obezbijediti trajne licence i to: a. Za OIS – istovremeni rad 4 ljekara, 2 fizičara, 3 RTT i 1 administratora i sve navedene opreme i sistema (2.1), b. 3 za 3D CRT, 2 za IMRT, 2 za VMAT, 1 za RGRT, 1 za modeliranje svih snopova zračenja u sistemu za planiranje, po 1 za sve dozimetrijske softvere i sisteme.

- Uraditi sva dozimetrijska mjerenja i modeliranje snopova zračenja u sistemu za planiranje, za sve navedene tehnike zračenja u skladu sa najnovijim međunarodnim protokolima ICRU 91 i TRS 398.

- Obezbijediti uputstva, licencu i obuku za modeliranje snopova zračenja za predmetni sistem za planiranje zračenja.

- Za LA obezbijediti garanciju i servis od najmanje tri godine, koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 h od prijave kvara, i otklanjanje kvara u roku od 7 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu djelova (uključujući i staklene, kao i detektore) za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. U toku garantnog perioda, LA treba da bude ispravan sa svim modalitetima rada tokom 95% vremena, odnosno 347 dana godišnje.

▪ Za OIS i sistem za planiranje zračenja, sa pripadajućom IT opremom, obezbijediti garanciju i servis od najmanje tri godine, koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 h od prijave kvara, i otklanjanje kvara u roku od 7 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu djelova za koje se ustanovi da su neispravni, kao i podršku za rezervne djelove u narednih 10 godina. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. U toku garantnog perioda, OIS i sistem za planiranje treba da budu ispravani tokom 97% vremena, odnosno 354 dana godišnje.

▪ Za svu dozimetrijsku opremu obezbijediti garanciju i servis od najmanje tri godine, koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 h od prijave kvara, i otklanjanje kvara u roku od 7 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu djelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. U toku garantnog perioda, dozimetrijska oprema treba da bude ispravan sa svim modalitetima rada tokom 95% vremena, odnosno 347 dana godišnje.

▪ Za opremu za imobilizaciju obezbijediti garanciju u trajanju od najmanje jedne godine;

▪ Obezbijediti sve softversko – hardverske nadogradnje koje budu dostupne u grantnom roku bez dodatnog plaćanja.

▪ Dostaviti korisnička uputstva (User manual) za rad, za svu opremu: po jedan primjerak na engleskom i crnogorskom i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom jeziku, u papirnom i u elektronskom obliku.

▪ Dostaviti servisna uputstva (Service manual) za svu opremu, jedan primjerak na engleskom jeziku, u papirnom i u elektronskom obliku.

▪ Dostaviti sve instalacione programe na odgovarajućim IT data medijumima (CD, DVD, Data Backup trake), koji omogućavaju reinstalaciju isporučenih programa u slučaju kvara.

▪ Nakon instalacije uraditi BECKUP programi da medijume sa BECKUP-om preda krajnjem korisniku.

▪ Organizovati i izvršiti, u roku od 8 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, obuku kod krajnjeg korisnika (on-site), i to:

i. Fizičare i radioterapijske tehničare za korišćenje LA, za 3D CRT, u trajanju od 5 radnih dana;

j. Doktore, fizičare i radioterapijske tehničare za korišćenje OIS-a, u trajanju od 5 radnih dana;

k. Doktore i fizičare za korišćenje sistem za planiranje i konturisanje u 3D CRT, u trajanju od 5 radna dana;

l. Ljekare, fizičare i radioterapijske tehničare za korišćenje IGRT, u trajanju od 5 radnih dana;

m. Fizičare za portal dozimetriju u trajanju od 5 radnih dana.

n. Fizičara za korišćenje dozimetrijske opreme u trajanju od 5 radnih dana;

o. Dva fizičara, za modeliranje snopova zračenja u sistemu za planiranje u trajanju od 5 radnih dana;

p. Fizičare i radioterapijske tehničare za korišćenje IMRT i VMAT/RapidArc, u trajanju od 5 radnih dana;

Kurs će voditi aplikacioni specijalista ponuđača, odnosno proizvođača opreme sertifikovan od strane proizvođača. Ponuđač snosi sve troškove organizacije i realizacije obuka.

▪ Organizovati i izvršiti, u roku od 8 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, dodatne kurseve za korisnike (off-site) u internacionalnom centru proizvođača, i to:

d. 80 radnih dana za LA, OIS i sistem za planiranje, po preporuci proizvođača,

e. 10 radnih dana za dozimetrijsku opremu i QA plana naprednih tehnika zračenja po preporuci proizvođača;

f. Off-site obuke će se izvršiti prije početka odgovarajućih on-site kurseva, u dogovoru sa krajnjim korisnikom. Ponuđač snosi sve troškove organizacije i realizacije kursa (prevoz, smještaj, ishrana, dnevnice, izdavanje viza i, ako je potrebno, zdravstveno osiguranje) u skladu

sa Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru (Službeni list Crne Gore broj 40/16).

- Organizovati i izvršiti, u roku od 18 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, za servisnog inženjera korisnika, osnovni i napredni kurs za popravku i održavanje terapijske mašine, u trajanju od minimalno šest sedmica u centru proizvođača. Ponuđač snosi sve troškove organizacije i realizacije kursa (prevoz, smještaj, ishrana, dnevnice, izdavanje viza (ako je potrebno, zdravstveno osiguranje) u skladu sa Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru (Službeni list Crne Gore broj 40/16).

Izjava ponuđača broj 66 od 16.04.2018. godine u kojoj je navedeno da za svu opremu garancija počinje nakon izvršene primopredaje LA, Sistema za planiranje (commissioning-a TPS-a), dozimetrijske opreme, instalacije onkološkog informacionog sistema i uradenog „end to end test” na fantomu. *Primopredaja opreme podrazumijeva:*

- Instalaciju LA i uraden acceptance test prema - Task Group 142 report: Quality assurance of medical accelerators;
- Urađena mjerenja svih parametara snopova zračenja po specifikaciji sistema za planiranje koji predmet ove nabavke;
- Instalaciju, unošenje rezultata mjerenja, modeliranja svih snopova zračenja i uradenog commissininga i testiranja sistema za planiranje;
- Instalaciju i testiranje OIS;
- Instalaciju i testiranje dozimetrijske opreme;
- Isporuku opreme za imobilizaciju;
- izvršenih off-site i on-site obuka za rukovanje i korištenje sve zahtijevane opreme, izuzev obuke servisnog inženjera korisnika.
- uradenog „end to end” testa na fantomu, koji treba da pokaže potpunu funkcionalnost ponudene nove opreme i integrisanosti postojeće opreme u sistem. Fantom treba da obezbijedi ponuđač.

Izjava proizvođača Varian Medical Systems od 11.04.2018. godine o kataloškim brojevima i zaštićenim nazivima za linerani akcelerator, onkološki informacioni sistem i sistem za RT planiranje, dostavljena u originalu na engleskom jeziku i prevedena na crnogorski jezik od strane tumača za engleski jezik; Izjava proizvođača Sun Nuclear o kataloškim brojevima i zaštićenim nazivima za dozimetrijsku opremu od 04.04.2018. godine dostavljena u originalu na engleskom jeziku i prevedena na crnogorski jezik od strane tumača za engleski jezik; Izjava proizvođača Macromedics od 15.03.2018. godine o kataloškim brojevima i zaštićenim nazivima opreme za imobilizaciju, dostavljena u originalu na engleskom jeziku i prevedena na crnogorski jezik od strane tumača za engleski jezik; Ponuđač je dostavio originalne kataloge ponuđenih proizvoda u kojima su navođenjem broja pozicije i broja konkretne tehničke karakteristike (kako su numerisane u Tehničkim karakteristikama ili specifikacijama predmeta javne nabavke odnosno predmjer radova u Tenderskoj dokumentaciji) označio tehničke karakteristike svih ponuđenih proizvoda;

Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija je ocijenila da je samostalna ponuda ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica sačinjena u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, te je kao takva ocijenjena ispravnom u smislu člana 99 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG” br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), kojim je propisano: „Ispravna je ponuda koja u cjelosti ispunjava uslove utvrđene pozivom za javno nadmetanje, pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.”

Na osnovu uvida u ponudu ponuđača Urion d.o.o. Podgorica, Komisija je utvrdila sljedeće:

1. ponudač nije dostavio dokaze o ispunjenosti obaveznih i fakultativnih uslova za učešće u postupku javne nabavke, koje je bio dužan da dostavi u skladu sa tačkom VII predmetne tenderske dokumentacije;
2. ponudač nije dostavio garanciju ponude koju je bio dužan da dostavi u skladu sa tačkom IX Tenderske dokumentacije;
3. ponudač nije u finansijskom dijelu ponude, u opisu predmeta nabavke, naveo koji aparat nudi (zaštićeni naziv, kataloški broj, proizvođača) niti je dostavio dokaze o ispunjavanju ostalih uslova koje je naručilac zahtijevao u okviru Tehničkih karakteristika ili specifikacija;

Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija je ocijenila da samostalna ponuda ponudača Urion d.o.o. Podgorica nije sačinjena u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, te je kao takva ocijenjena neispravnom u smislu člana 100 stav 1 tačka 1), 2) i 3) Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), kojim je propisano: „Neispravna je ponuda: 1) koja nije sačinjena u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom; 2) uz koju nije dostavljena dokumentacija utvrđena tenderskom dokumentacijom; 3) koja ne sadrži dokaze utvrđene tenderskom dokumentacijom;”

Vrednovanje ponuda:

Komisija je izvršila vrednovanje ispravne ponude na sljedeći način. Svaki član komisije je izvršio individualno vrednovanje ponuda po predviđenom kriterijumu, u skladu sa utvrđenom metodologijom vrednovanja ponuda i sačinio izvještaj koji je predao predsjedniku Komisije. Predsjednik Komisije je na osnovu izvještaja svih članova Komisije utvrdio prosjek dodijeljenog broja bodova po predviđenom kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda i to:

Po potkriterijumu najniža ponudena cijena, ponudi ponudača PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica za ponudenu cijenu od 2.610.817,00€ sa uračunatim PDV-om dodijeljeno je 75 bodova;

Po potkriterijumu tehničke i tehnološke prednosti ponudi ponudača PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica:

- a. po parametru izvlačenje i parkiranje kV generatora iz komandne sobe dodijeljeno je 1.5 bodova,
- b. po parametru- funkcionalan pre-tretmanska dozimetrijska plana zračenja i QA LA pomoću MV portala dodijeljeno je 1.5 bodova,
- c. po parametru funkcionalna MV portalna dozimetrija u toku tretmana pacijenta dodijeljeno je 0 bodova;
- d. za aktivnu veličina MV detektora od 43x43cm² dodijeljeno je 5 bodova,
- e. za energiju MV snopa za 2D portalnu vizualizaciju od 2,5MV dodijeljeno je 5 bodova,
- f. za aktivnu veličina kV detektora od 39,7x29,8cm² dodijeljeno je 5 bodova,
- g. za broj 120MLC dodijeljeno je 5 bodova;

Komparativni prikaz, analiza i redosljed ponuda po opadajućem broju dodijeljenih bodova: Prema formuli koja je određena Tenderskom dokumentacijom, članovi Komisije su na jedinstven način sproveli individualno vrednovanje ispravne ponude.

Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenog ispravnoj ponudi po predviđenom kriterijumu, utvrđena je sljedeća rang lista:

1. Ponudi ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o. Podgorica dodijeljeno je ukupno 98 bodova;

Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Uputstvo o pravnom sredstvu

Ponuđač može izjaviti žalbu protiv ovog rješenja Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana dostavljanja ove odluke.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Ovlašćeno lice naručioca, **Zorica Kovačević**
direktor

(svojeručni potpis ovlašćenog lica)

M.P.

