

Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01-30784/11
Podgorica, 17.01.2019. godine

Predmet: Odgovor na zahtjev za pojašnjenje Tenderske dokumentacije 110/18 od 31.12.2018. godine

Dana 16.01.2019. godine dostavljena su putem elektronske pošte pitanja za pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj 110/18 od 31.12.2018. godine na koja dajemo sljedeće odgovore:

“Zahtjev 1: Da li možemo umesto hidrauličnog kreveta ponuditi elektro krevet sa dopunskim baterijskim napajanjem sa sledećim funkcijama:

- Podizanje/spuštanje lednog segmenta
- Podizanje/spuštanje nožnog segmenta
- Vertikalno podizanje i spuštanje
- Vaskular pozicija
- Trandelenburg i antitranelenburg položaj
- Položaj kardio stolice

Predlažemo da se umjesto riječi hidraulični za ovu partiju stavi „hidraulični ili električni“ a za stavke 6 i 7 kako slijedi:

6. Podešavanje naslona za leđa, naslona za noge, Trendelenburg položaja pomoću hidrauličnih cilindara ili elektro motora. |
7. Podešavanje visine pomoću hidraulične pedale ili elektro motora.

Obrazloženje: Ovakav elektro sistem upravljanja omogućava značajno jednostavnije i brže rukovanje od hidrauličnog sistema.”

Odgovor: Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je razmotrila zahtjev zainteresovanog lica i nije u mogućnosti da ga prihvati iz razloga što Naručilac iz tehničkih razloga električne krevete nije u mogućnosti priključiti na električnu mrežu.

“Zahtjev 2: Pod stavkom 13 i 14 zahtijeva se da je konstrukcija presvučena ABS plasticnim slojem i da je ležište za dušek od 4 nezavisne odvojive ABS sekcije.

Da li možemo ponuditi ležeću površinu od čeličnog lima zaštićenog antibakterijskim slojem s obzirom da se traži i zaštita cijele čelične konstrukcije antibakterijskim slojem. (ABS nije antibakterijski).

Predlažemo da se stavka 13 i 14 izmjene tako da stoji:

13. Konstrukcija presvučena antibakterijskim slojem
14. Ležište za dušek je od 4 nezavisne odvojive antibakterijske sekcije

Obrazloženje: Mišljenija smo da bi na ovaj način proizvod bio bakteriološki sigurniji.”

Odgovor: Ukoliko se predloženi zahtjev odnosi na električne krevete opisane u zahtjevu br. 1, Komisija nije u mogućnosti da prihvati isti iz već navedenih razloga.

S poštovanjem,

U ime Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda
Jelena Mićanović



www.kcccg.me