

Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01-27489/7
Podgorica: 04.11.2019. godine

Predmet: Odgovor na zahtjev za pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj 95/19

Poštovani,

U vezi sa Zahtjevom za pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj 95/19 koji je dostavljen putem elektronske pošte dana 01.11.2019. godine dajemo odgovor na pitanje:

Pitanje: „Pitanje za partiju 1-Traheoflex: Za traženo dobro za partiju 1-Traheoflex, specifikacijom su tražene veličine br.7, br.7.5 br. 8, br. 8.5. Za armirane trahealne kanile, zbog same debljine zida (armirani PVC) kod proizvođača uobičajena je kvalifikacija veličina na cijele brojeve. Molimo naručioca, da potvrdi da će prihvatiti armirane kanile sledećih veličina: br. 7mm, br. 8mm, br. 9mm, br. 10 mm, br. 11mm, i promeni specifikaciju, radi realizacije nabavke.”

Odgovor: Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda nije u mogućnosti da prihvati Vaš zahtjev za izmjenu Tenderske dokumentacije broj 95/19 u dijelu koji se odnosi na specifikaciju za partiju 1, jer su Klinici za ORL i MFH potrebni traheofleksi različitih veličina, ali sa manjim razlikama, kako je i specificirano. Iz navedenog razloga ne možemo prihvatiti traheoflekse veličina koje ste naveli.

U ime Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda
Jelena Mićanović, predsjednik

