

Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01- 32841/7
Podgorica: 03.01.2020. godine

Predmet: Pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj 124/19 od 27.12.2019. godine

U vezi sa Zahtjevom za pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj 124/19 od 27.12.2019. godine, dostavljenim putem elektronske pošte dana 31.12.2019. godine, dajemo odgovore na postavljena pitanja:

Pitanje 1: „U cilju ispitivanja tehničkih karakteristika javne nabavke da li je dopušteno dostaviti uputstvo umjesto kataloga?“

Odgovor 1: Da. Biće izvršena izmjena Tenderske dokumentacije u ovom dijelu.

Pitanje 2: „Molimo za odgovor da ili ne. Na strani 15 tenderske dokumentacije propisana je napomena: Medicinski potrošni materijal koji je predmet ove nabavke propisuje se i izdaje na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Da li će ponuda ponudača biti ispravna ukoliko za medicinski potrošni materijal obračuna PDV po stopi od 0%?“

Odgovor 2: U pogledu ponudene cijene ponudu je potrebno sačiniti u skladu sa propisima o pdv-u koji su važeći u trenutku sačinjavanja ponude.

Pitanje 3: „Na strani 36 tenderske dokumentacije propisano: „Ponudač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cijelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude.“ Da li je ponudač obavezan da označi rednim brojem i stranice: kataloga, fotografije, publikacija i slično?“

Odgovor 3: Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će izvršiti izmjenu Tenderske dokumentacije u ovom dijelu radi preciziranja zahtjeva.

Pitanje 4: „U specifikaciji testova za partiju 2: Testovi za biohemiju, hormone i specifične markere za rad na analizatoru Model cobas 6000 (e i c modul) i e411, proizvođača Roche Diagnostics GmbH ili ekvivalent:

- da li se za stavku pod rednim brojem 34, Pro Cell misli na ProCell M kat. Broj 04880340190 ili ProCell kat. broj 11662988122?
- da li se za stavku pod rednim brojem 35 Clean Cell misli na CleanCell M kat. Broj 04880293190 ili CleanCell kat. broj 11662970122?
- da li se za stavku pod rednim brojem 38 Control set misli na ControlSet Vials kat. broj 03142949122?“

Odgovor 4:

- Stavka 34 treba - ProCell M kat. br. 04880340190,

- Stavka 35 treba - CleanCell M kat. br. 04880293190,
- Stavka 38 treba - Control Set Vials kat. br. 03142949122.

U ime komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Jelena Mićanović, predsjednik



WWW.KCCG.ME