

Klinički centar Crne Gore  
Broj: 03/01- 2062/13  
Podgorica: 12.02.2020. godine

**IZMJENA 2**  
**TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ 2/20 OD 31.01.2020. GODINE i IZMJENE 1**  
**od 10.02.2020. godine**

„TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na partiju 6 i glase:

**Partija 6: Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (DES) sa BIORESORPTIVNIM polimerom**

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                        | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|      | Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (DES) izradeni od platina-hroma ili legure kobalt-hroma, sa aktivnom antiinflamatornom i/ili antiproliferativnim djelovanjem, sa BIORESORPTIVNIM polimerom, dužine 8/9-38mm, prečnika 2,25-5,0, open cell tehnologija |                                                                                        | Komad          | 500      |

**Ponudač je dužan dostaviti najmanje 3 kliničke studije kojima je dokazana klinička efikasnost i odsustvo problema kasnih tromboza, kao i serifikat za korišćenje u akutnom koronarnom sindromu (STEMI, NSTEMI, NAP).**

2. Sve ostale specifikacije, uslovi i zahtjevi u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji i Izmjeni 1 ostaju nepromijenjeni.

U ime Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  
Jelena Mićanović, predsjednik

