

Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01- 2062/11
Podgorica: 10.02.2020. godine

Predmet: Pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj 2/20 od 31.01.2020. godine

U vezi sa Zahtjevom za pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj 2/20 od 31.01.2020. godine, dostavljenim putem elektronske pošte dana 10.02.2020. godine, dajemo odgovor na postavljena pitanja:

Pitanje 1: „Naručilac je u tehničkim karakteristikama za partiju 5, u dijelu Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke zahtjevao: “Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (drug-eluting stents DES), izgrađeni od platina-hrom, ili -kobalt-hroma dužine 8/9-38mm, prečnika 2.25-4.0mm, sa KONTINUIRANIM polimerom, open-cell tehnologija, s aktivnom komponentom – s antiinflamatornim i antiproliferativnim djelovanjem.” Da li su, u cilju obezbjeđenja konkurentnosti, za Naručioca prihvatljivi stentovi promjera 2.50 - 4.00mm?”

tetovi zahtijevanih dimenzija su neophodni u procedurama na eksteremno malim krvnim sudovima, kao posebno osjetljivim. Specifikacija, odnosno bitne karakteristike stentova iz partije 5 su sačinjene upravo tako da ponudu mogu dati najmanje tri ponuđača zbog čega smatramo da su stvoreni uslovi za konkurenciju i ravnopravnost ponuđača. Iz navedenog razloga, nijesu prihvatljivi stentovi promjera 2.50 - 4.00mm.

Pitanje 2: „Naručilac je u tehničkim karakteristikama za partiju 41, u dijelu Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke zahtjevao: “Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (drug eluting stents-DES) izradjeni od kobalt-hroma, dužine 8/9-32/33 mm, prečnika 2,25-4,0 mm, sa bioresorptivnim polimerom, sa strutom < 70 um, open cell tehnologija, sa aktivnom anti-inflamatornom i anti-proliferativnim djelovanjem.” Da li su, u cilju obezbjeđenja konkurentnosti, za Naručioca prihvatljivi stentovi sa strutom debljine do 90um?”

Odgovor 2: Naručiocu nijesu prihvatljivi stentovi sa strutom debljine do 90µm, jer je neophodno da imamo stentove koji imaju mali strut, odnosno strut manji od 70µm, za rešavanje sitnih krvnih sudova i distalnih lezija.

U ime komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Jelena Mićanović, predsjednik

