

Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01-13285/6
Podgorica, 15.06.2020. godine

IZMJENA I

TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ 47/20 OD 12.06.2020. GODINE

I. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na partiju I i glase:

Partija I: Potrošni materijal i testovi za floucitometriju

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
|------|--|--|----------------|----------|
| 1 | Epruvete za protočni citometar sa zapušačem | Polistirenske test epruvete od 5 mL, sterilne sa zapušačem (1 pak = 1000 kom) | pakovanje | 3 |
| 2 | FACS Shutdown Solution | 5L | pakovanje | 5 |
| 3 | CELLWASH | 5 L | pakovanje | 3 |
| 4 | FACS Flow | 20L | pakovanje | 10 |
| 5 | BD FACS Lysing solution | 1 pak - 500 mjerenja | pakovanje | 3 |
| 6 | BD FACS Rinse | 5L | pakovanje | 2 |

| | | | | |
|----|--|---|-----------|---|
| 7 | 6-kolorni TBNK reagens | Reagens za određivanje subpopulacija limfocita, IVD | pakovanje | 1 |
| 8 | Trokolorni miks antitijela: Anti-Human Kappa Light Chains/FITC + Anti-Human Lambda Light Chains/RPE + Anti-Human CD19/RPE-Cy5 | IVD | pakovanje | 1 |
| 9 | Trokolorni miks antitijela: Anti-Human Kappa Light Chains/APC + Anti-Human Lambda Light Chains/RPE + Plasma cells/FITC clone VS38c | IVD | pakovanje | 1 |
| 10 | FLAER - Alexa 488 | tečni format; ICCS/ESCCA PNH vodič; IVD | pakovanje | 1 |
| 11 | CD157 PE | Klon SY11B5 | pakovanje | 2 |
| 12 | CD15 PerCP-Cy5.5 | Klon HI98 | pakovanje | 2 |
| 13 | CD64 APC | Klon 10.1 | pakovanje | 2 |
| 14 | CD45 V450 | Klon 2D1 | pakovanje | 1 |
| 15 | CD235a FITC | PNH | pakovanje | 2 |
| 16 | CD59 PE | PNH | pakovanje | 1 |
| 17 | CD10 APC-H7 | Klon HI10a | pakovanje | 1 |
| 18 | CD11c PerCP-Cy5.5 | Klon B-ly6 | pakovanje | 1 |


| | | | | |
|----|-------------------|------------------------------|-----------|---|
| 19 | CD13 PE CE | Klon L138; IVD | pakovanje | 1 |
| 20 | CD15 FITC | Klon MMA; IVD | pakovanje | 1 |
| 21 | CD16 FITC | Klon NKP15 ili CLB-Fc-gran/1 | pakovanje | 1 |
| 22 | CD22 PerCP-Cy5.5 | Klon S-HCL-1 | pakovanje | 1 |
| 23 | CD3 Pacific Blue | Klon UCHL1 | pakovanje | 2 |
| 24 | CD33 APC P67.6 | Klon P67.6; IVD | pakovanje | 1 |
| 25 | CD34 PerCP-Cy5.5 | Klon 8C12; IVD | pakovanje | 2 |
| 26 | CD45 Horizon V500 | Klon HI30 | pakovanje | 3 |
| 27 | CD5 PerCP-Cy5.5 | Klon L17F12; IVD | pakovanje | 1 |
| 28 | CD56 PE MY31 | Klon MY31; IVD | pakovanje | 1 |
| 29 | CD64 PE 10,1 | Klon 10.1 | pakovanje | 2 |
| 30 | CD7 FITC | Klon 4H9 | pakovanje | 1 |
| 31 | CD79b PerCP-Cy5.5 | Klon SN8 | pakovanje | 1 |
| 32 | FMC-7 FITC | IVD | pakovanje | 1 |

| | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------|---|
| 33 | HLA DR V450 | Klon L243; IVD | pakovanje | 2 |
| 34 | MPO FITC | IVD | pakovanje | 1 |
| 35 | CD10 PE | Klon MEM-78 ili HI10a | pakovanje | 1 |
| 36 | CD117 PE-Cy7 | IVD | pakovanje | 1 |
| 37 | CD123 APC | Klon 9F5 | pakovanje | 1 |
| 38 | CD19 PE-Cy7 | IVD | pakovanje | 1 |
| 39 | CD36 FITC | Klon CLB-IVC7 | pakovanje | 1 |
| 40 | TdT FITC | IVD | pakovanje | 1 |
| 41 | Izotipska kontrola IgG1 kappa V500 | Klon X40 | pakovanje | 1 |
| 42 | Izotipska kontrola IgG1 kappa APC-H7 | Klon X40 | pakovanje | 1 |
| 43 | Izotipska kontrola IgG2a Kappa PerCP-Cy5.5 | Klon G155-178 | pakovanje | 1 |
| 44 | CD66b FITC | Klon G10F5 | pakovanje | 2 |
| 45 | CD16 PE | Klon 3G8 | pakovanje | 1 |
| 46 | CD10 APC | Klon HI10a | pakovanje | 1 |

| | | | | |
|----|--------------|------------|-----------|---|
| 47 | CD45RA APC | Klon HI100 | pakovanje | 1 |
| 48 | CD45RO PcCy7 | Klon UCHL1 | pakovanje | 1 |
| 49 | 7AAD | 2 mL | pakovanje | 2 |

2. Sve ostale specifikacije, uslovi i zahtjevi ostaju nepromijenjeni.

U ime
 Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda
 Jelena Mićanović, predsjednik



WWW.KCCG.ME