

Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01-11632/11
Podgorica: 05.06.2020. godine

IZMJENA BROJ 2
TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ 48/20 OD 26.05.2020. GODINE I IZMJENE
BR. 1 OD 01.06.2020.

1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA” mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na partiju broj 3 i glase:

Partija 3: Monitori za neinvanzivni monitoring

R. br.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jed. mjere	Količina
1	Monitor za neinvanzivni monitoring	<ol style="list-style-type: none">1. Ekran minimalne dijagonale 15 inča osjetljiv na dodir2. Pacijent monitor može da radi sa kategorijama pacijenata: odrasli, djeca3. Maksimalna težina monitora sa svim modulima 7kg4. Monitor mora da posjeduje rotaciono dugme za navigaciju po ekranu, izbor i potvrdu funkcija. Pored toga mora da posjeduje zasebnu dugmad pored ekrana ili na ekranu, za sljedeće funkcije:<ul style="list-style-type: none">- pauziranje zvuka alarma- NIBP mjerenje- prikaz trendova- zamrzavanje krivih na ekranu- štampanje na integrisanom štampaču- ulazak u meni5. Integrisan termalni štampač;<ul style="list-style-type: none">- mogućnost štampanja krivih u realnom vremenu- štampanje trendova (tabela i grafik)- štampanje pregleda aritmija- štampanje NIBP merenja- štampanje zamrznutih krivih6. Prikaz minimum 12 krivih istovremeno7. Praćenje vitalnih parametara pacijenata i krivih minimum 48 sati8. Monitor mora da posjeduje signalne lampe za alarm.9. Monitor mora da posjeduje internu integrisanu bateriju sa mogućnošću rada na baterijsko napajanje minimum 5h10. Parametri koji se mogu mjeriti:<ul style="list-style-type: none">- NIBP:	Komad	2

		- EKG - temperatura - SpO2		
--	--	----------------------------------	--	--

Ponudač je dužan da prilikom instalacije i puštanja u rad uz aparat isporučiti sljedeći potrošni materijal neophodan za početak rada, koji će biti uračunat u ponudenu cijenu:

- Komplet za mjerenje EKG (tri odvoda)
- Komplet za mjerenje saturacije sa višekratnim senzorom za odrasle
- Komplet za mjerenje NIBP za 3 višekratne manžetne različitih veličina
- Komplet za mjerenje temperature sa višekratnim senzorom.

- Svi ostali uslovi i specifikacije iz Tenderske dokumentacije i Izmjene br. 1 ostaju nepromijenjeni.

U ime Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda
Jelena Mićanović, predsjednik

WWW.KCCG.ME
Mićanović